



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: O presente Termo de Referência tem por objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE”, o referido certame será realizado na modalidade de Pregão Presencial, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

2. JUSTIFICATIVA: A Unidade de Saúde Damião José Ferbônio desempenha papel fundamental na prestação de serviços de saúde pública. A aquisição dos equipamentos descritos visa ampliar e melhorar a capacidade de atendimento, garantindo um ambiente de atendimento eficiente e adequado para os pacientes, profissionais de saúde e serviços oferecidos.

A aquisição de equipamentos hospitalares justifica-se pela necessidade de modernizar a infraestrutura da unidade, garantir o atendimento eficiente e seguro dos pacientes, assim como garantir o cumprimento dos padrões definidos para equipamentos hospitalares.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Termo de Referência se baseia nas diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, e no Decreto Municipal de São Pedro da Cipa que regulamenta o uso do Pregão Eletrônico como modalidade de licitação.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS: Os equipamentos a serem adquiridos devem atender às seguintes especificações:

Itens	Descrição	Código TCE-MT	Quant.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	APARELHO DE ANESTESIA GRANDE, PORTE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MÓVEL, 01 VAPORIZADOR, COM ESTRUTURA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS E PUXADOR PARA TRANSPORTE, COM 3 GAVETAS SENDO A SUPERIOR COM DIVISÓRIAS PARA DROGAS, MESA COM TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PRATELEIRA SUPERIOR PARA O APOIO DE MONITORES, ROTÂMETRO ELETRÔNICO PARA O ₂ , N ₂ O E AR	346455-5	1	237.990,00	237.990,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>COMPRIMIDO. COM 2 ROTÂMETROS PARA FLUXO DE ABORBULHAMENTO COM ESCALAS PARA BAIXOS E ALTOS FLUXOS. MANÔMETROS PARA A MONITORAÇÃO DAS FONTES DOS GASES (DE 0 A 100 PSI). VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO INCORPORADAS, SERVO Matico DE FLUXO PROPORCIONAL QUE GARANTE CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2 NA MISTURA O2/N2O. SERVO Matico DE PRESSÃO QUE CORTA AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE N2O NA AUSÊNCIA DE PRESSÃO DE O2, O2 VAPORIZADORES CALIBRADOS COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE CADA VAPORIZADOR, VENTILADOR ELETRÔNICO MICRO PROCESSADO COM FAIXA DE VOLUME DE 20 A 2000ML## MODALIDADES VCV, PCV, SIMV/V E SIMV/P. AJUSTES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I/E, PLATÔ, PRESSÃO MÁXIMA E PEEP, FLUXO DE DISPARO, PRESSÃO DE DISPARO, TIPO DE FLUXO, PRESSÃO DE SUPORTE E CALIBRAÇÃO DA FIO2 NA TELA DE MENU. MONITORAÇÃO INTEGRADA COM CURVAS PXT, FXT E LOOPS DE VXP E FXV. VALORES NUMÉRICOS PARA VOLUME EXPIRADO, PRESSÃO MÁXIMA, MEDIA E DE PLATÔ, COMPLACÊNCIA DINÂMICA OU ESTÁTICA E FIO2, ALARME AUDIOVISUAL DE BAIXA PRESSÃO DE O2, COMUTAÇÃO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA E MANUAL ATRAVÉS DE CHAVE BALÃO-VENTILADOR. VENTILAÇÃO MANUAL COM 1 VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO GRADUADA (APL) GARANTINDO FIDELIDADE DO VOLUME CORRENTE PODENDO SER MONITORADO ATRAVÉS DE MARCAÇÃO NA CAMPANULA, VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS INSPIRATÓRIAS E</p>				
--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	EXPIRATÓRIAS, CANISTER E CIRCUITO RESPIRATÓRIO AUTOCLAVAVEIS, FILTRO VALVULAR FIXO COM SISTEMA DE FOLE PASSIVO QUE PERMITA A PERFEITA INTEGRAÇÃO ENTRE O VENTILADOR E O CIRCUITO DE ANESTESIA, 06 CIRCUITOS PACIENTE COMPLETO, SENDO 4 ADULTOS E 02 PEDIÁTRICOS, ASSESSÓRIOS: EXTENSÕES PARA O2, BRAÇO ARTICULÁVEL, CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, CONEXÃO COM TUBO DE SILICONE, INTERMEDIÁRIO COM TUBO DE PVC E DE SILICONE, MESA PARA ANESTESIA, TUBO DO SENSOR DE FLUXO, CABO DE FORÇA, CHECK LIST, FOLHETO DE INSTALAÇÃO, MANUAL DE OPERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220V-60HZ## BATERIA COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 120 MINUTOS.				
2	APARELHO DE RAIOS X 300MA MÓVEL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROPROCESSADO, 125KV TRANSPORTÁVEL - COMPOSTO POR MESA DE COMANDO MICROPROCESSADA COM TIMER DE CRISTAL DE QUARTZO, TIRISTORIZADA COM CIRCUITO ZERO CROSSING. PAINEL FRONTAL COM ACABAMENTO EM POLICARBONATO; TELA EM CRISTAL LÍQUIDO ALFANUMÉRICA COM BACKLIGHT PARA INDICAÇÃO DE TEMPO, MA, KV, FOCO, POSTO DE TRABALHO E MENSAGENS DE STATUS DO EQUIPAMENTO (EM PORTUGUÊS); DISPOSITIVO PARA DISPARO À DISTÂNCIA, GERADOR DE AT, BASE MÓVEL, COLUNA PORTA-TUBO GIRATÓRIA (4 ESTÁGIOS), UNIDADE SELADA (CÚPULA / AMPOLA), ANGULADOR, COLIMADOR LUMINOSO, PAR DE CABOS DE AT BLINDADOS. COMANDO - ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO 60 HZ. 40KVA + TERRA, AJUSTE DE MA: FOCO	00083518	1	254.440,00	254.440,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



FINO 50 E 100MA E FOCO GROSSO 150, 200 E 300 MA, BOTÃO LIGA/ DESLIGA, AJUSTE DE TEMPO: SELEÇÃO DE 22 TEMPOS DE 0,008 A 4,00 SEGUNDOS AJUSTE DE KV: 40 À 125KV COM AJUSTE FINO 1 EM 1 KV, SELEÇÃO DE BUCKY: 3 POSTOS (SEM BUCKY, BUCKY HORIZONTAL, BUCKY MURAL), CIRCUITO DE PROTEÇÃO: BLOQUEIO POR TÉCNICA ACIMA DA CAPACIDADE DO TUBO DE RAIOS-X, FALHA DE ÂNODO; FALHA DE FILAMENTO; FALHA DE TIRISTOR; FALHA DE BUCKY E DESLIGAMENTO PRECIPITADO DO BOTÃO DE GRAFIA. UNIDADE SELADA (AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS- X 20KWX40KWX125KV) AMPOLA DE ÂNODO GIRATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 300MA/ 125KV; INSERIDA EM CÚPULA REVESTIDA POR LÂMINAS DE CHUMBO DE 2MM, TOTALMENTE PROTEGIDA CONTRA RADIAÇÃO; FOCO FINO: 1,0MM E GROSSO: 2,0MM. IMERSA EM ÓLEO MINERAL PARA ISOLAÇÃO; ACOPLADA AO BRAÇO EXTENSOR (COLUNA PORTA TUBO), EXECUTA MOVIMENTO DE ROTAÇÃO DE 180° PARA CADA LADO. COLUNA PORTA-TUBO MONTADA SOBRE MÓVEL DOTADA DE RODÍZIOS DE NYLON DE ALTO IMPACTO, COM TUBO COM EXTENSOR DE 20 CM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 A 150 CM DO CHÃO. BASE GIRATÓRIA (360°) EM 4. ESTÁGIOS DE 90° CADA, CONTRABALANCEADA POR PESO EMBUTIDO PARA EQUILÍBRIO E MOVIMENTAÇÃO DO BRAÇO. SISTEMA DE FREIOS MECÂNICOS. COLIMADOR LUMINOSO E MANUAL, TOTALMENTE REVESTIDO POR LÂMINAS DE CHUMBO DE 2 MM PARA PERFEITA ISOLAÇÃO E PROTEÇÃO; DIAFRAGMA REGULÁVEL PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE; LÂMPADA DE PROJEÇÃO ALÓGENA DE 100W; TIMER ELETRÔNICO COM



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 30 SEGUNDOS E TRILHOS PARA UTILIZAÇÃO DE CONES RADIOGRÁFICOS OU FILTROS ESPECIAIS. GERADOR DE ALTA TENSÃO MONOFÁSICO, COM CAPACIDADE PARA 300 MA/ 125 KV; NÚCLEO TIPO C, IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL DE ALTA ISOLAÇÃO, EQUIPADO COM 4 RETIFICADORES EM SILÍCIO PARA 150KV; CABOS DE ALTA TENSÃO 01 PAR, BLINDADO, DE ALTA ISOLAÇÃO, EQUIPADO COM TERMINAIS DE TIPO FEDERAL/MACHILLET.				
3	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM 02 PORTAS ESTANTE PARA MEDICAMENTO COM 4 PRATELEIRAS; ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE 2MM, NA COR BRANCO, NO FUNDO/BASE/TETO, PÉS EM TUBOS QUADRADOS COM PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 2MM NAS 4 PRATELEIRAS, LATERAIS E NA PORTA. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE. MEDIDAS : LARGURA: 65 CM, COMPRIMENTO: 40 CM, ALTURA: 165 CM	192045-6	14	2.760,00	38.640,00
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL 05 LITROS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOR 1/2 (CV) 1/3 (CV) 1/4(CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR FRASCO RÍGIDO DE PVC CRISTAL, GRADUADO OUTROS MODELOS VIDE MANUAL. VAZÃO 15 L/MIN A 100 L/MIN GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 CARRO PEDESTAL 04 RODÍZIOS GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA MANGUEIRA DE SILICONE PESO 8 KG	276371-0	12	4.980,00	59.760,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	DIMENSÃO 330 A 330 A 950 FILTRO BACTERIOLÓGICO CÂNULA DE ASPIRAÇÃO PEDAL DE ACIONAMENTO FILTRO COM MEMBRANA EM PTFE HIDROFÓBICA REFORÇADA COM POLIPROPILENO. INDICADO PARA ASPIRAÇÃO, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL E PONTA DE LÁTEX PEDAL DE ACIONAMENTO PARA ASPIRADORES DE SECREÇÃO • SISTEMA AUTO-STOP. • ALARME SONORO • BIVOLT AUTOMÁTICO				
5	AUTOCLAVE 21L HORIZONTAL MANUAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI REGISTRO ANVISA 10430810012, É BIVOLT AUTOMÁTICO COM FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ, E OPERA EM TEMPERATURAS DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C. A PRESSÃO DE TRABALHO VARIA DE 1 A 3 KGF/CM². A CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO É FEITA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. A VEDAÇÃO É FEITA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE VULCANIZADO. INCLUI 2 BANDEJAS DE ALUMÍNIO E UMA MANGUEIRA. A SECAGEM PODE SER FEITA DENTRO DO CICLO, COM A PORTA ENTREABERTA E A RESISTÊNCIA LIGADA, OU APÓS O CICLO COM A PORTA FECHADA, CONTROLANDO A TEMPERATURA ATÉ SECAR COMPLETAMENTE. A DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO SÃO AUTOMÁTICAS (LENTA) OU MANUAIS (RÁPIDA) ATRAVÉS DE BOTÃO FRONTAL. O EQUIPAMENTO SEGUE A NORMA NBR ISO 13485/2016, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL EM TODO O BRASIL.	00038682	10	12.650,00	126.500,00
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM BARREIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI PAINEL DE OPERAÇÃO SUPERIOR COM ALTURA QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO, COM INTERFACE DE	130505-0	1	257.573,03	257.573,03



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	<p>COMANDO MICROPROCESSADO, CHAVE LIGA/DESLIGA, BOTÃO DE EMERGÊNCIA, MANOVACUÔMETRO E MANÔMETROS COM GLICERINA PARA LEITURA DE VÁCUO E PRESSÃO, ALÉM DE OPÇÃO PARA IMPRESSORA TÉRMICA. NO CASO DE EQUIPAMENTO COM DUPLA PORTA, O PAINEL DE DESCARGA TAMBÉM INCLUI INTERFACE DIGITAL E MANOVACUÔMETRO. O PAINEL ELÉTRICO ESTÁ NA LATERAL PARA FÁCIL MANUTENÇÃO. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO É ESTABILIZADA, COM SAÍDA DE 24 VCC. O COMANDO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO INCLUI TELA DIGITAL QUE EXIBE AS FASES DO CICLO, LEITURAS DIGITAIS DE PRESSÃO E TEMPO, E PERMITE CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS VIA SENHA. A IMPRESSORA TÉRMICA OPCIONAL REGISTRA DADOS DO CICLO. A CÂMARA DUPLA É CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. AS PRESSÕES SÃO CONFORME A NORMA ASME. A ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL POSSUI PÉS REGULÁVEIS E ACESSOS PRÁTICOS PARA MANUTENÇÃO E VALIDAÇÃO. A VEDAÇÃO DA PORTA É GARANTIDA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE.</p>				
7	<p>AVENTAL PLUMBÍFERO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: REVESTIDO DE BORRACHA CAPLUMBIFERA FECHADO, FLEXÍVEL IMPERMEÁVEL COM ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, COM EQUIVALÊNCIA DE 0,50MM DE CHUMBO, E COM PROTEÇÃO NAS COSTAS DE 0,25MMPB, TAMANHO 110X60CM., PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM SALA DE RAIOS-X.</p>	180632-7	8	6.990,59	55.924,72



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



8	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ELETRÔNICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CAPACIDADE 300KG X DIVISÃO 100G, PLATAFORMA 40X40CM, COM SISTEMA PARA MEDIR ALTURA INSTALADO NA PRÓPRIA COLUNA DA BALANÇA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ADONISADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE. DESIGN COM LINHAS MODERNAS E FUNCIONAIS. PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. COLUNA LEVE E RESISTENTE EM TUBO DE AÇO CARBONO. TAMPA DA BASE COM TAPETE ANTIDERRAPANTE, QUE PODE SER RETIRADA PARA LIMPEZA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (PADRÃO DE FÁBRICA = COR BRANCO). PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. DISPLAY 6 DÍGITOS EM LED'S VERMELHOS DE ALTA VISIBILIDADE. VISOR EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA AO TOQUE REPETITIVO E À UMIDADE ELEVADA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE", EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC, 50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 10W.	00036121	12	3.286,63	39.439,56
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CORPO EM AÇO CARBONO 1020 E CONCHA ANATÔMICA EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPA PROTETORA ALMOFADADA COM TEMAS INFANTIS. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E	0007726	20	2.516,60	30.199,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	<p>PINTURA EM POLIURETANO (PU ALIFÁTICO) NA COR BRANCO COM SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE RÉGUAS: MENOR/DE CIMA > RÉGUA LISA PARA MENORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS, PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO PESO POR PARTE DO OPERADOR E DO PACIENTE + MAIOR / DE BAIXO > RÉGUA DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM FERRO CHATO DE DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, ZINCADO NA COR BRANCO BRILHANTE. CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO - MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM SEGURANÇA AO USUÁRIO. SEGURANÇA: TRAVA DE IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MECÂNICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM</p>				
10	<p>BALANÇA PARA BEBÊ - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DUPLA ESCALA - CAPACIDADE 25KG X DIVISÃO 2G ATÉ 10KG E 5G ATÉ 25KG. GABINETE EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE LONGA DURABILIDADE NA COR EXTRA BRANCO, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA BRANCO, ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA (ATENDE A NORMA EB-2062 DE 1987 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMA EUROPEIA EN71-3 DE 1988 SOBRE MIGRAÇÃO DE ELEMENTOS QUÍMICOS EM BRINQUEDOS, O QUE GARANTE A SEGURANÇA DOS BEBÊS). RÉGUA ANTROPOMÉTRICA QUE PODE</p>	00075309	12	2.510,00	30.120,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



MEDIR BEBÊS ENTRE 0 A 54 CM, COM GRADUAÇÃO DE 1CM. DISPLAY LCD (CRISTAL LÍQUIDO) DE ALTA RESOLUÇÃO, COM BACKLIGHT DE COR BRANCA QUE PERMITE MELHOR VISUALIZAÇÃO. TECLADO TIPO "MEMBRANA" DURÁVEL E DE FÁCIL DIGITAÇÃO, COM PAINÉIS EM POLICARBONATO RESISTENTE, DISPENSANDO PROTEÇÕES ADICIONAIS. TECLA LIGA/DESLIGA. TECLA TARA (MÁX. 20% DA CAPACIDADE MÁXIMA). TECLA IMPRESSÃO. TECLA ZERO. FUNÇÃO EXCLUSIVA VIA TECLADO: QUANDO ATIVADA A FUNÇÃO, A BALANÇA FAZ A MÉDIA DO PESO DO BEBÊ (MESMO EM MOVIMENTO) E TRAVA O VALOR NO DISPLAY APÓS 5 SEGUNDOS, PERMITINDO A FÁCIL E SEGURA CONFIRMAÇÃO DO PESO. PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA, QUE PERMITEM CORREÇÃO DE NIVELAMENTO E OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO BALCÃO/MESA. FUNÇÃO ECO. RECURSO TECNOLÓGICO QUE ECONOMIZA ENERGIA REDUZINDO A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DOS DISPLAYS, APÓS ALGUNS SEGUNDOS COM A BALANÇA EM ZERO. A ILUMINAÇÃO (BACKLIGHT) É TOTALMENTE REATIVADA QUANDO A BALANÇA ESTIVER EM OPERAÇÃO DE PESAGEM. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA MECÂNICA. FONTE AUTOMÁTICA "FULL RANGE" EXTERNA, COM ENTRADA 90-250VAC,50/60HZ E SAÍDA 6,8V/1A. CONSUMO 0,5W. DIMENSÕES DA COBERTURA: 335LX335PX115AMM. DIMENSÕES DA CONCHA: 55PX33LX8,5ACM. MODELO COM SELO DO INMETRO E IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



11	BANQUETA HOSPITALAR – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO, CONSTRUÍDA EM TUBOS REDONDOS DE 1" DIAM. X 1,25MM ESPESSURA DE PAREDE EM FERRO ESMALTADO, ASSENTO 0,35CM DIAM. COM RODÍZIOS, REGULÁVEL ATRAVÉS DE FUSO TRATAMENTO C/PRIMER ANTIOXIDANTE., 05 PÉS.	162661-2	10	935,00	9.350,00
12	BERÇO AQUECIDO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE: CONTA COM DESIGN PARA DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE CALOR E MÓDULO REFLETOR COM CALHA PROTETORA DO ELEMENTO AQUECEDOR E ALETAS DIRECIONADORAS DE CALOR, FABRICADO EM MATERIAL POLIDO E CENTRALIZADO COM O LEITO, O ELEMENTO AQUECEDOR É REVESTIDO DE QUARTZO, COM CALHA DE PROTEÇÃO PARA O PACIENTE CONTRA QUEBRA E ESTILHAÇOS, DISPOSTO NO MÓDULO REFLETOR, LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO EQUIPAMENTO CONTA COM GIRO DE 90° PARA AMBOS OS LADOS, FACILITANDO O ACESSO AO LEITO PARA PROCEDIMENTOS DE RAIOS X SEM NECESSIDADE DE MANUSEAR O PACIENTE. O REFLETOR AINDA É DOTADO DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTES ESCUROS. PAINEL: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL DA COLUNA, O MÓDULO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR É PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS, CONTA COM TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO, TECLAS SUAVES E DE SIMPLES TOQUE, TRÊS MOSTRADORES VISUAIS INDEPENDENTES PARA CONSTANTE INDICAÇÃO DA TEMPERATURA PROGRAMADA E REAL, LEDS INDICATIVOS DE AQUECIMENTO,	178500-1	4	52.879,00	211.516,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>FALTA DE ENERGIA, ALARMES, MODO DE OPERAÇÃO, OS DISPLAYS DIGITAIS INDICAM O NÍVEL DE POTÊNCIA E A TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE. O DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO (LCD) INDICA O AJUSTE DESEJADO DA TEMPERATURA DA PELE OU DA POTÊNCIA, A TEMPERATURA AMBIENTE, A LEITURA DA TEMPERATURA AUXILIAR (OPCIONAL), O PESO (OPCIONAL), FUNÇÃO RELÓGIO, CONTADOR APGAR E INFORMAÇÕES ALFA NUMÉRICAS DAS CONDIÇÕES DE ALARMES. INDICAÇÃO DE ALARMES ATRAVÉS DE LEDS NO PAINEL FRONTAL DA COLUNA E NA PARTE FRONTAL DA PANTALHA (ELEMENTO AQUECEDOR) LOCAL ALTO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO A DISTÂNCIA DOS ALARMES. INDICAÇÃO VISUAL E SONORA INTERMITENTE DOS ALARMES DE HIPOTERMIA, HIPERTERMIA, TEMPERATURA DO RN ALTA (SERVO CONTROLE), SENSOR RN DESCONECTADO, SENSOR DE RN DESALOJADO, FALHA NO SENSOR DE RN, FALTA DE ENERGIA, AQUECEDOR DESLOCADO, ERRO DE SISTEMA, E AQUECIMENTO EXCESSIVO NO MODO MANUAL E RN. AS INDICAÇÕES VISUAIS DOS ALARMES PERMANECEM VISÍVEIS MESMO COM O SOM INIBIDO, ATÉ A SOLUÇÃO DA CAUSA. SISTEMA DE PROTEÇÃO TÉRMICA CONTRA SOBREAQUECIMENTO (THERMOSTATO DE SEGURANÇA). BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. SISTEMA DE AUTO TESTE CONSTANTE DAS FUNÇÕES, INDICAÇÃO LUMINOSA DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO. COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DO MODO DE OPERAÇÃO QUANDO CONECTADO OU DESCONECTADO O SENSOR DO RN. O EQUIPAMENTO POSSUI QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO: RN (SERVO CONTROLADO), MANUAL</p>				
---	--	--	--	--




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>(POTÊNCIA, PRAQUECIMENTO E MÃE CANGURU. O PAINEL INDICA O MODO DE OPERAÇÃO ATUAL DO EQUIPAMENTO: 'MODO RN' (ITC - TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), 'MODO MANUAL' (NÍVEL DE POTÊNCIA), 'MODO PRAQUECIMENTO OU 'MODO MÃE CANGURU'. MOSTRADORES PARA INDICAÇÃO DA TEMPERATURA DA PELE DO RN E DO NÍVEL DE POTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM PERFEITA VISUALIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DEVIDO SUA LUMINOSIDADE. NÍVEL DE POTÊNCIA DE AJUSTE PARA O MODO MANUAL DE 0 A 100% COM AJUSTES A CADA 1% ATÉ 10% E A CADA 10% DE 10% A 100%. FAIXA DE LEITURA DO DISPLAY DA TEMPERATURA DO RN DE 0°C A 50°C. FAIXA DE TRABALHO EM ITC (MODO SERVO) DE 20°C À 38°C COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C. SISTEMA PELO QUAL A TEMPERATURA DO RN É CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA MEDIÇÃO EXERCIDA POR UM SENSOR QUE CAPTA A TEMPERATURA DA PELE DO RN, CONFORME UM VALOR ESTABELECIDO PREVIAMENTE PELO USUÁRIO (SERVO CONTROLE). RETENÇÃO DE MEMÓRIA NA FALTA DE ENERGIA DOS VALORES PROGRAMADOS. BIP DE ALERTA PARA INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AJUSTE DAS TEMPERATURAS E POTÊNCIA. SISTEMA NO 'MODO MANUAL', QUE ACIONARÁ O ALARME SEMPRE QUE O TEMPO DE AQUECIMENTO ATINGIR 10 MINUTOS QUANDO AJUSTADO UM NÍVEL DE POTÊNCIA SUPERIOR A 50%, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O ELEMENTO AQUECEDOR. SISTEMA QUE INTERROMPE O AQUECIMENTO QUANDO O ELEMENTO AQUECEDOR PERMANECER NO MODO POTÊNCIA DETERMINADA POR UM TEMPO.</p>				
---	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>CONSECUTIVO DE 10 MINUTOS. ALARME DE ADVERTÊNCIA NO 'MODO RN' SEMPRE QUE O TEMPO DE AQUECIMENTO ATINGIR 15 MINUTOS E O AQUECIMENTO ESTIVER COM UM NÍVEL DE POTÊNCIA SUPERIOR A 75%, DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE O ELEMENTO AQUECEDOR. TECLAS PARA SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO: MODO RN/AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLE), MODO MANUAL (POTÊNCIA), MODO PREAQUECIMENTO E MODO MÃE CANGURU. TECLA 'LIGA' E 'DESLIGA' DO EQUIPAMENTO. TECLA 'PROTEÇÃO DE TECLADO'. TECLA 'SILENCIADOR DE ALARME' (ÁUDIO). TECLA 'FOCO AUXILIAR'. TECLA 'ENTER'. TECLA 'MENU'. TECLA 'INICIA/INTERROMPE APAGAR/CRONOMETRO'. TECLA 'TARA DA BALANÇA'. CORPO: MÓVEL EM REFORÇADA CONSTRUÇÃO TUBULAR EM AÇO CARBONO PINTADO EM TINTA EPÓXI (ELETROSTÁTICA A PÓ), APÓS TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ ANTIFERRUGINOSO, MOBILIDADE ATRAVÉS DE QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 4" E BANDA LARGA COM FREIOS. PROTETOR CONTRA CHOQUES PARA SEGURANÇA, ESTRUTURA INFERIOR RECUADA NAS LATERAIS, EM FORMATO DE Y PARA PERMITIR UMA MELHOR APROXIMAÇÃO LATERAL DO USUÁRIO SEM INTERFERÊNCIA DOS PÉS. LEITO TIPO MESA RÁDIO TRANSPARENTE PARA COLOCAÇÃO DO CHASSIS DE RAIOS X, ABAS LATERAIS REBATÍVEIS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUE PODEM SER DESARMADAS PARA USO DA UNIDADE EM CIRURGIAS OU ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DO RN, PERMITINDO ASSIM LIVRE ACESSO AO PEQUENO PACIENTE, E ABERTURAS PARA PASSAGEM DE TUBOS, CABOS; ETC., SISTEMA DE INCLINAÇÃO PARA POSICIONAMENTO</p> <p>DE</p>				
---	--	--	--	--




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	TRENDELEMBURG, HORIZONTAL E PRÓCLIVE, COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO LEITO. ALIMENTAÇÃO: 127V; 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO(127V/220V) - 50/60HZ, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA OS CIRCUITOS.				
13	BERÇO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRADO FIXO, NAS DIMENSÕES TOTAIS DE (C X L X A) DE 1,50M X 0,70M X 0,60M, FIXA COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO ESMALTADO, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, CABECEIRA FIXA, PESEIRA FIXA EM TUBOS, COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR COM CORREDIÇAS CROMADAS, COM COLCHÃO DENSIDADE 26, REVESTIDO EM COURVIN	109461-0	12	3.912,50	46.950,00
14	BERÇO PARA RECÉM-NASCIDO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CESTO EM ACRÍLICO REMOVÍVEL, COM BASE ARMAÇÃO TUBULAR METÁLICA DE UMA POLEGADA CROMADA COM RODÍZIOS, DISPOSITIVO PARA TRENDELEMBUNG, DIMENSÕES: APROXIMADAS DO CESTO (67X35X21)CM. E TOTAL (85X48X95)CM, ACOMPANHA COLCHONETE TIPO COXIM, DE ESPUMA ANTIALÉRGICA NAS DIMENSÕES DO CESTO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MM.	227232-6	12	2.170,00	26.040,00
15	BIOMBO TRIPLO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CO2 FACES, COM 1,70 DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, PINTADO, BANDEIRA COM MOVIMENTOS DE 360 GRAUS POR MEIO DE ANÉIS GIRATÓRIOS DE AÇO, CORTINADO EM BRIM NA COR BRANCA, ANTIALÉRGICO	52622-3	12	1.253,70	15.044,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LAVAGEM.				
16	BISTURI DIGITAL 150W – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CIRCUITO DE CORTE PURO, BLEND E COAGULAÇÃO, OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA USO EM ELETROCIRURGIA, CONTROLE SUAVE DE POTÊNCIA, SELEÇÃO DE FUNÇÕES, SAÍDAS ISOLADAS E CHECK-UP TOTAL, ÚNICO NA CATEGORIA QUE REÚNE TODOS ESSES RECURSOS. VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60 HZ. CIRCUITOS MONOPOLAR E BIPOLA. SAÍDAS TOTALMENTE ISOLADAS. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO COM CONTROLE INTERNO DIGITAL. CANETA PADRÃO. PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 a 100 X0,5) MM. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE. ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM). ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM. ELETRODO TIPO ALÇAPEQ.4, 2MM.ELETRODOTIPOAGULHA 85MM.ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO.	00080899	4	25.645,00	102.580,00
17	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA EQUIPO UNIVERSAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE ALTA SEGURANÇA, FÁCIL OPERAÇÃO E VIDA LONGA. O CONTROLE DE FLUXO COM ALTA PRECISÃO E MEDIDAS DE ALARME ABRANGENTES GARANTE A SEGURANÇA DO PACIENTE E O ÓTIMO EFEITO TERAPÊUTICO. SERVE TAMBEM PARA: NUTRIÇÃO PARENTERAL: É A ALIMENTAÇÃO ADMINISTRADA POR VIA ENDOVENOSA. PODE FORNECER PARTE OU A TOTALIDADE DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DE UMA PESSOA. ESSE TIPO DE ALIMENTAÇÃO TEM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR OU, AINDA, DE	00065634	40	10.990,00	430.600,00




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	<p>SUBSTITUIR O FORNECIMENTO VIA ORAL OU ENTERAL DE NUTRIENTES COMO: GLICOSE, PROTEÍNAS, SAIS, MINERAIS, ELETRÓLITOS, ÁGUA E VITAMINAS, E POSSIBILITA, ASSIM, A MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE, PELO SUPRIMENTO DE AMINOÁCIDOS E CALORIAS. PRINCÍPIO DE INFUSÃO: PERISTÁLTICA LINEAR; PRECISÃO DO SISTEMA: +/- 5% TAMANHO DA TELA; LCD 3,5" (SEM TOUCHSCREEN); TAXA DE INFUSÃO: 1-699 ML/H; TAXA DE BOLUS: 699 ML/H; TAXA KVO: 1-5ML/H; PARENTERAL; VOLUME TOTAL INFUNDIDO: 1-9999 ML/H; COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE EQUIPO E POSSIBILIDADE DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO; ENERGIA: AC: 100-240V, 50/60 HZ OU DC: 12V; BATERIA: BATERIA DE IONS DE LÍTIO RECARREGÁVEL, 7,4 V / 3500 MAH; AUTONOMIA DA BATERIA: >4 HORAS; PESO: 3,5 KG. COM VÁRIAS FUNÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA ALÉM DOS ALARMES: BLOQUEIO DA INFUSÃO NA ABERTURA ACIDENTAL DA PORTA; DETECTOR DE BOLHAS; SENSOR DE PRESSÃO PARA PROTEÇÃO DE OCLUSÕES; SISTEMA ABS DE PROTEÇÃO; PROTEÇÃO COM SENHA DO MENU; PROTEÇÃO CONTRA ALTERAÇÕES ARBITRÁRIAS NOS AJUSTES.</p>				
18	<p>CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOVIMENTO FAWLER, FLEXÃO E TRENDELEMBURG ATRAVÉS DE DUAS MANIVELAS DE INOX ESCAMOTEÁVEIS, CABECEIRA/PESEIRA DE AÇO OU FERRO PINTADO, GRADES DE BAIXAR DOS DOIS LADOS EM TUBOS, PROVIDOS DE TRAVA DE FÁCIL ACIONAMENTO PROTETOR DE PAREDE DE BORRACHA INTEGRADO EM TODA VOLTA, ESTRADO COM 04 A 05 CHAPAS DE AÇO INTEIRIÇAS E ARTICULÁVEIS SEM SALIÊNCIAS OU REBARBAS,</p>	345681-1	50	6.980,00	349.000,00




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	MODELO FLEX COM SISTEMAS UNIVERSAL; 04 RODAS ESPECIAIS COM ARO DE BORRACHA DE 250MM DE DIÂMETRO E DOIS BREQUES EM DIAGONAL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,90 X 0,70 X 0,65, SUPORTAR PESO MÍNIMO DE ATÉ 170 KG.				
19	CAMA HOSPITALAR FOWLER ELÉTRICA COM 03 MOTORES, COM CONTROLE REMOTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA FOWLER LUXO 3 MOTORES - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ. MOVIMENTOS: CABECEIRA, FOWLER, CARDÍACO, VASCULAR, ELEVAÇÃO DE ALTURA. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM TERMOPLÁSTICO. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA. PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM PVC NOS QUATRO CANTOS DA CAMA. BASE COM PONTEIRA TIPO GOTA. RODÍZIOS DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM DOIS FREIOS EM DIAGONAL. CAPACIDADE DE CARGA DE 220KG.	345681-1	20	26.689,00	533.780,00
20	CARDIOTOCOGRÁFO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FUNCIONALIDADES ARMAZENAMENTO DE DADOS 24HRS CTG E MEMÓRIA POWER-OFF. FUNDO DE TELA AJUSTÁVEL; SIMULTANEAMENTE EXIBE TELA "FORMA DE ONDA" E DADOS. SOFTWARE DE IMPRESSÃO ÚNICO THERMAL. IMPRESSÃO WIDE-RANGE; 25MM/S ALTA VELOCIDADE IMPRESSÃO. FHR, TOCO, FM E ATIVIDADES CURVA DO FETO PODEM SER MONITORADAS; CONTADOR DE MOVIMENTO FETAL AUTO/MANUAL	172316-2	4	32.678,00	130.712,00




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>DISPONÍVEIS. DESIGN DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NO MODO STANDBY, BATERIA DE ALTA ENERGIA EMBUTIDA; SUPORTE 24 HORAS DE MONITORAÇÃO. GERAÇÃO DE ID DE PACIENTE AUTO/MANUAL, FÁCIL GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E BUSCA DE DADOS. IMPRESSÃO EM TEMPO REAL; ANOTAÇÕES DE EVENTOS. ÚNICA PATENTE G5AR NA INTERFACE ELETRO CIRÚRGICA, MESMO EM CASO DE CORTE OU QUEIMADURA O ECG, WAVEFORM(FORMA DE ARITMÉTICA GOERTZEL GARANTE PRECISÃO E RAPIDEZ NIBP E REALIZA PUNÇÃO VENOSA. ALARME SONORO E VISUAL AJUSTÁVEIS: LIMITES/TONS. ALARME DE SENSOR OFF, ALARME ANORMAL, FUNÇÕES DE NOTA E REVISÃO DE ALARME DISPONÍVEIS. EXPANSÍVEL PARA NOVOS MÓDULOS ADICIONAIS (MATERNAL) SAÍDA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS. TECHNICAL SPECIFICATION FHR: FREQUÊNCIA DE ULTRASSOM 1MHZ±10% ONDA DE IMPULSO INTENSIDADE DO INPUT DE ULTRASSOM < 10MW/Cm² ALCANCE 50J240BPM PRECISÃO ±1BPM LIMITE DE ALARME E TOLERÂNCIA MAX: Č70 J 210ĐBPM, TOLERÂNCIA: ±5%. MIN: Č60 J 200ĐBPM, TOLERÂNCIA: ±5% TOCO MEASUREMENT RANGE 0~100% RESOLUÇÃO 1% TOLERÂNCIA DE PRESSÃO ≤±8% MODO ZERO MANUAL MOVIMENTO FETAL CONTAGEM MANUAL, AUTOMÁTICA E MOVIMENTO FETAL “FORMA DE ONDA” AUTOMÁTICA. IMPRESSORA WIDE-LINE PAPEL DE IMPRESSÃO PAPEL TERMAL DOBRÁVEL TIPO Z. LARGURA 110MM VARREDURA 1CM/MINĐ2CM/MINĐ3CM/MINĐ 25MM/SEC, RÁPIDO RECALL DE IMPRESSÃO. REQUISITOS DE ENERGIA 100~240VAC, 50/60HZ ECG ENTRADA 3 /5WIRES ECG CABLE SESSÃO LEAD</p>				
---	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	IAIIIIIAAVRAAVLA VFAV SELEÇÃO DE GANHO X1/4, X1/2, X1, X2, X4 E AUTOMÁTICA VARREDURA 6.25MM/S, 12.5MM/S, 25MM/S, 50MM/S ALCANCE DE FR. CARDÍACA 15~300BPM CALIBRAÇÃO ±1 MV PRECISÃO ±1BPM OR ±1% (SELECIONA O MAIOR DADO) NIBP ALCANCE DE MEDIÇÃO SBP: (4.0~36.0)KPA;(30~270)MMHG; DBP: (1.3~26.7)KPA; (10~200)MMHG; MAP: (2.7~29.3)KPA; (20~220)MMHG; PRECISÃO ESTÁTICO: ±3MMHG RESOLUÇÃO 1MMHG SPO2 TIPO DE DISPLAY WAVEFORM, DATA ALCANCE DE MEDIÇÃO 0~100% PRECISÃO ±3% (BETWEEN 70%~100%) RESOLUÇÃO SPO2 1% ALCANCE DA FREQ. DE PULSO 30~250BPM PRECISÃO ±1BPM OR ±2% (SELECIONA O MAIOR DADO) RESOLUÇÃO PR 1BPM 2-TEMPERATURA (RETAL & SUPERFÍCIE) NÚMERO DE CANAIS 2 CANAIS ALCANCE DE MEDIÇÃO 25□~45□. PRECISÃO ±0.2□ RESOLUÇÃO 0.1 □ TELA T1, T2, ΔT UNIDADE SELEÇÃO □□ 2-RESPIRAÇÃO (IMPEDÂNCIA & TUBO NASAL) ALCANCE DE MEDIDA 0~120BPM PRECISÃO ±1BPM OR±5% RESOLUÇÃO 1BPM.				
21	CARDIOVERSOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MATERIAL SINTÉTICO DE ALTO IMPACTO COM ALÇA DE TRANSPORTE E SUPORTES PARA FIXAR AS PÁS, COMPOSTO DE MONITOR E DESFIBRILADOR EM UMA ÚNICA UNIDADE. SAÍDA PARA REGISTRO ATRAVÉS DE ELETROCARDÍOGRAFO, ALIMENTAÇÃO EM REDE ELÉTRICA DE 90/230 VOLTS COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, ENTRADA PARA FONTE EXTERNA DE 12 VOLTS PARA USO EM AMBULÂNCIAS E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. MONITOR CARDÍACO, DE 01 CANAL, 07 DERIVAÇÕES, INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 0	423887-7	8	48.944,00	391.552,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>A 250 BPM, ALARME DE BRADI E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL, ALARME DE ELETRODO SOLTO, PRÉ-AMPLIFICADOR FLUTUANTE, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, SINAL SONORO DA ONDA "R", MONITORAÇÃO DE ECG ATRAVÉS DO CABO PACIENTE OU ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS PÁS DO DESFIBRILADOR. TECLADO DE MEMBRANA SENSÍVEL AO TOQUE. COM IMAGEM CONGELADA, TELA DE CRISTAL LÍQUIDO LUMINOSA COM 5 POLEGADAS. DESFIBRILADOR, TECLA LIGA/DESLIGA DE SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, INDICAÇÃO LUMINOSA DA ONDA "R". TECLADO DE MEMBRANA COM INDICAÇÃO VISUAL PARA SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES. POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA (ADULTO/INFANTIL EXTERNO E ADULTOS/INFANTIL INTERNO). ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA, DE 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 E 50 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA ADULTO, INTERNA E EXTERNA INFANTIL. DE 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 E 360 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTO. TEMPO DE CARGA DE 9 A 15 SEGUNDOS DEPENDENDO DA CARGA SELECIONADA (NORMA IEC 601.2) CIRCUITO ANULA CARGA AUTOMÁTICO QUE CANCELA A ENERGIA SELECIONADA APÓS 45 SEGUNDOS OU MANUAL ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL. TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO, COM LÂMPADA NÉON PARA INDICAÇÃO DO DISPARO. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 40 DISPAROS</p>				
--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	OU 2 HORAS DE MONITORAÇÃO, QUANDO EM PLENA CARGA. ACESSÓRIOS STANDARD: 01 CABO DE FORÇA TRIPOLAR, 01 CABO PACIENTE 05 VIAS, 01 JOGO DE PÁS EXTERNAS ADULTO, 02 FUSÍVEIS 2A/250V, 002 FUSÍVEL 1A/250V COM RETARDO, 05 ELETRODOS E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES: 39 X 22 X 42 CM, PESO APROXIMADO: 11,4 KG.				
22	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM AÇO CARBONO PINTADO, COM RODÍZIOS DE 2"	00083850	12	1.604,20	19.250,40
23	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA METÁLICA, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA SOBRE RODÍZIOS DE 5", SENDO: 02 DELES COM TRAVA, PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA, COM 03 GAVETAS, 01 COM ATÉ 20 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS, 02 PARA USO GERAL E 01 COMPARTIMENTO FECHADO COM PORTA BASCULANTE; O SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA TODAS AS GAVETAS; O SUPORTE GIRATÓRIO PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR; TAMPO	0004849	10	6.515,90	65.159,00
24	CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTOFADO COM GRADES LATERAIS, LEITO FIXO, ESTOFADO, COMPENSADO DE 15 MM, COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. CABECEIRA MÓVEL. GRADES LATERAIS EM TUDO DE AÇO INOX DE 1" X 1,25 MM. PARA-CHOQUE DE BORRACHA. SUPORTE PARA SORO EM INOX RODÍZIOS DE 5" SENDO DOIS COM FREIOS EM DIAGONAIS. ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI.	137569-5	10	4.995,60	49.956,00
25	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA PINTADO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA DA BASE EM METALON	309168-6	10	4.515,00	45.150,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	25X25 1,2MM, COM BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A)				
26	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FABRICADO EM CHAPA INOXIDÁVEL, ESTRUTURA DA BASE EM METALON 25X25 1,2MM, COM BANDEJAS COM DOBRAS REFORÇADAS, COM 2 PORTAS E PUXADOR. PARA-CHOQUE DE AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA EM TODA VOLTA. EMPURRADOR NA PARTE TRASEIRA. RODÍZIOS COM RODAS DE DIÂMETRO DE 5" COM FREIO EM DIAGONAL. DIMENSÕES 100 X 60 X 115 (C X L X A)	228723-4	10	6.384,30	63.843,00
27	COLCHÃO HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESPUMA D-33; MEDIDAS:1,88X0,88X0,10CM.	239214-3	100	640,00	64.000,00
28	COLCHONETE - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DE EM ESPUMA, DE REVESTIMENTO EM NAPA, MEDINDO 1,90M X 0,60M, NA COR PRETA, ESPESSURA: 0,03CM, DENSIDADE	177551-0	60	298,00	17.880,00
29	COMADRE INOX 2L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE FEMININO PARA FAZER AS SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS. COMADRE TIPO PÁ, CAPACIDADE: 2000ML.	00087346	20	495,00	9.900,00
30	DEFIBRILADOR - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EXTERNO AUTOMÁTICO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO P/ VISUALIZAÇÃO DO ECG, CARGA TEMPO TOTAL 10 SEGUNDOS E RETOMADA DA LEITURA ESCAPOS O CHOQUE MENOR QUE 20MS, DESCARGA AUTOMÁTICA, JOGOS DE ELETRODOS PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS E AUTO ADERENTES,	194867-9	6	23.010,00	138.060,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	MONITOR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, ALARMES: INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO SINAL DE ECG COM ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS ELÉTRICOS, SEGURANÇA DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA NBR, PORTÁTIL, SEM MARCA-PASSO, ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS E BATERIA, ACOMPANHA: MALETA P/TRANSPORTE SEMIRRÍGIDA, CONJ.DE PÁS ADESIVAS ADULTO:06,04 PEDIÁTRICAS##CARTÃO DE DADOS ATÉ 4H, DIMENSÕES: DEVERÁ PESAR MENOS DE 2,5 KG, INCLUI: CARTAO DE DADOS PARA REGISTRO DE ATÉ 04H DE MONITORAÇÃO OU 30 MIN DE ECG, DADOS E EVENTOS				
31	ELETROCARDÍOGRAFO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: NA FORMA DE MODULO DIGITAL PARA COMPUTADOR, MULTICANAIS, COM 12 DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS NA VISUALIZAÇÃO, NO REGISTRO E NA GRAVAÇÃO CONTINUA, COM TAXA DE AMOSTRAGEM, MÍNIMA DE 500 AMOSTRAS /SEGUNDO / CANAL E COM FILTRO DE TREMOR MUSCULAR, O EQUIPAMENTO DEVE TER: REGISTRO NA ANVISA, MANUAL EM PORTUGUÊS JUNTO COM DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ARQUIVO GERADO PELO EXAME, E CABO PADRÃO USB PARA SE CONECTAR A COMPUTADORES IBMPC DO TIPO DESKTOP OU NOTEBOOK, O EQUIPAMENTO DEVE SER PROTEGIDO CONTRA DESCARGA DE DEFIBRILADOR E COM BORNE DE ATERRAMENTO PRÓPRIO EQUIPAMENTO TAMBÉM DEVE POSSUIR: CABO PARA PACIENTE ALÉM DE UM CABO ADICIONAL PARA CADA DUAS UNIDADES DE ELETROCARDÍOGRAFO FORNECIDOS, SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA LIVRE INSTALAÇÃO EM QUALQUER NÚMERO DE COMPUTADORES COM	86697-0	10	22.043,00	132.258,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8.				
32	ESCADA 02 DEGRAUS - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONSTRUÍDA AÇO COM PINTURA EM EPÓXI, TUBO DE 1"DE DIÂMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA, MEDIDAS DE 22X30CM COM 36 CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM CANTONEIRA, DOIS DEGRAUS	111200-7	50	519,50	20.780,00
33	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	225121-3	60	259,91	15.594,60
34	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ANALÓGICO COM TECIDO EM NYLON	200429-1	60	261,46	15.687,60
35	ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LEITURA EM: ABSORBÂNCIA, TRANSMITÂNCIA E CONCENTRAÇÃO DIRETA SISTEMA DE CALIBRAÇÃO COM APENAS 3 AJUSTES, NA REGIÃO ESPECTRAL DE 400 A 700 NM. REGIÃO ESPECTRAL: (400 A 700) NM DISPLAY: LCD MICRO PROCESSADO LEITURAS: TRANSMITÂNCIA/ ABSORBÂNCIA/ CONCENTRAÇÃO FAIXAS DE LEITURA: TRANSMITÂNCIA (0,0 A 100,0): ABSORBÂNCIA (0,000 A 1999): CONCENTRAÇÃO (0,000 A 1999) RESOLUÇÃO DE LEITURAS: TRANSMITÂNCIA: 0,1%: ABSORBÂNCIA: 0,001: CONCENTRAÇÃO: 0,001 SISTEMA DE OBTURADOR: AUTOMÁTICO ELETRÔNICO BANDA PASSANTE: MELHOR QUE 15NM COMPARTIMENTO DE AMOSTRA: 01 CUBETA VOLUME MÍNIMO DE AMOSTRA: 1ML TIPO DE LÂMPADA: ALÓGENA TIPO DE SENSOR: SILÍCIO VOLTAGEM: 110 /220-V -50/60 HZ"	145314-9	4	15.403,41	61.613,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



36	ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	239686-6	60	210,00	12.600,00
37	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTETOSCÓPIO, APARELHO DE AUSCULTA, AUSCULTADOR APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES BAIXO PESO DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE	185027-0	60	224,91	13.494,60
38	FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CÚPULAS DE LUZ CIRÚRGICA NO TETO, COM SUPORTE CENTRAL ÚNICO EM AÇO CARBONO, PREPARADO PARA O PÉ DIREITO DA SALA, COM BRAÇOS BIARTICULADOS E GIRATÓRIOS (360°) PARA CADA CÚPULA, PERMITINDO MOVIMENTOS SUAVES DE TORÇÃO, FLEXÃO E ROTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE REGULAÇÃO DE ALTURA COM MOLAS, GARANTINDO MOBILIDADE E ESTABILIDADE. AS CÚPULAS SÃO EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, COM MANOPLA EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UTILIZANDO PINO NIPPLE. CADA CÚPULA POSSUI LEDS DE ALTA EFICIÊNCIA, AJUSTÁVEIS EM LUMINOSIDADE (120.000 LUX) E TEMPERATURA DE COR (3.000 A 6.500K), COM VIDA ÚTIL DE 200.000 HORAS. A ILUMINAÇÃO É HOMOGÊNEA, FRIA, COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE SOMBRAS, TORNANDO O AMBIENTE CIRÚRGICO CONFORTÁVEL E PRODUTIVO, EVITANDO DESIDRATAÇÃO DOS TECIDOS. O	00068570	2	87.990,00	175.980,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA É FEITO POR TOUCH SCREEN NO BRAÇO DA CÚPULA E MANOPLA CENTRAL, COM AJUSTES ESCALONÁVEIS DE 0 A 100%. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110V/220V), COM FONTES INDEPENDENTES PARA CADA CÚPULA, ASSEGURANDO FUNCIONAMENTO CONTÍNUO MESMO EM CASO DE FALHA EM UMA DELAS. O SISTEMA ELETRÔNICO É PROTEGIDO POR FUSÍVEIS SUBSTITUÍVEIS, E A MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS LED É FACILITADA, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS. O ACABAMENTO É EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, ASSEGURANDO FÁCIL ASSEPSIA.				
39	FOCO REFLETOR PARABÓLICO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LUZ BRANCA (LED BRANCO FRIO), COM FOCO CONCENTRADO, POSSUINDO: TENSÃO ELÉTRICA: V (VOLTS) = ENTRADA: 100 - 240 VCA CORRENTE ALTERNADA (VARIÁVEL) / SAÍDA: 6 VCC CORRENTE CONTÍNUA (0.050A – CORRENTE 127V / 0.035A – CORRENTE 220V). LÂMPADA TIPO LUZ BRANCA (LED (DICROICA) BRANCO FRIO) POTÊNCIA: 4,8 (WATTS), FLUXO LUMINOSO: 350 LM (LÚMENS) - CORRESPONDEM A 12.000 LUX (300 MM) À 20.000 LUX (200 MM), TEMPERATURA DE COR: 6500 K (KELVIN), VIDA ÚTIL ESTIMADA: 20.000 HORAS. APLICÁVEL A VÁRIOS PROCEDIMENTOS. POR EXEMPLO, QUANDO SE TRATA DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO, FUNCIONA COMO FOCO GINECOLÓGICO. CORPO DO FOCO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA. COM FOCO CONCENTRADO, HASTES FLEXÍVEIS (ARTICULADO) EM METAL CROMADO, QUE PERMITE AJUSTE DO FOCO EM TODAS AS POSIÇÕES ANGULARES DESEJADAS.	325701-0	20	945,50	18.910,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	<p>POSSUI HASTE (TUBO) TIPO TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO ANIMALIZADO PARA REGULAGEM DE ALTURA DE 1,05 A 1,40 M (METRO). BASE ARTICULÁVEL (FORMATO X) COM DIMENSÕES: 46 POR 46 CM FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI NA COR BRANCA, COM 04 (QUATRO RODÍZIOS DE 2" (50,8 MM) PARA TRANSPORTE. CABO ELÉTRICO COM DUPLA ISOLAÇÃO, PLUGUE PADRÃO NBR 14136 (2P+T) E 03 (TRÊS) METROS DE CUMPRIMENTO, INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA NO CORPO DO FOCO DE LUZ. FONTE DE ALIMENTAÇÃO (TIPO CHAVEADA) QUE PERMITE UTILIZAÇÃO EM QUALQUER VOLTAGEM DISPONÍVEL (127 OU 220 V/60HERTZ).</p>				
40	<p>INCUBADORA PARA RECÉM-NASCIDOS DE TRANSPORTE – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MICROAMBIENTE ADEQUADO E ESTÁVEL PARA O PACIENTE RECÉM-NASCIDO, COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA. DESTINADA PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS / PREMATUROS DE ALTO RISCO. CONTROLE MICRO PROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. SISTEMA DE AUTO TESTE DOS ALARMES. PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 7 POLEGADAS TOUCH SCREEN. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO CONTROLE DA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS AR / RN / DESEJADA, UMIDADE RELATIVA DO AR, DATA E HORA. ALARMES PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE</p>	00084249	4	138.570,50	554.282,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>ENERGIA (BATERIA), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA, POLARIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA; HIPOTERMIA, HIPERtermia E SENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CÚPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, PASSAGENS PARA TUBOS, MANGA ÍRIS E PORTAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS E COM ACABAMENTO LISO. PORTINHOLAS OVAIS COM TRINCO. VÁLVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE OXIGÊNIO (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO DENTRO DA CÚPULA ENTRE 21 E 65%. SISTEMA DE OXIMETRIA DE PULSO (OPCIONAL): PERMITE A MONITORAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, SPO2 E CURVA PLETISMOGRÁFICA NO DISPLAY DA INCUBADORA. SISTEMA SERVO CONTROLADO DE UMIDADE (OPCIONAL): PERMITE A PROGRAMAÇÃO DA UMIDADE RELATIVA DO AR DENTRO DA INCUBADORA ENTRE 20 E 95%. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, GELATINOSA, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS. ALIMENTAÇÃO: 127 / 220 V (COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA) OU 12 VCC. INDICAÇÃO GRÁFICA DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA. CINTOS DE SEGURANÇA PARA O PACIENTE. AMPLA BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (OPCIONAL). PERMITE FIXAÇÃO EM CARRO PANTOGRÁFICO COM AJUSTE DE ALTURA, IDEAL PARA TRANSPORTE INTERNO E TAMBÉM EM CARRO MACA,</p>				
---	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	PARA USO EM AMBULÂNCIAS (OPCIONAIS).				
41	LARINGOSCÓPIO ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	154205-2	12	1.969,00	23.628,00
42	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LARINGOSCÓPIO, VISUALIZADOR DE LARINGE, LARINGO EQUIPAMENTO DE ENGATE RÁPIDO, PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ANESTESIA, QUE NECESSITEM DE ACESSO ÀS VIAS AÉREAS. - TIPO ILUMINAÇÃO Nº LÂMINAS: FIBRA ÓPTICA INTEGRADA LED 03 LÂMINAS RÍGIDAS AÇO INOXIDÁVEL	397980-6	12	1.999,00	23.988,00
43	MESA AUXILIAR INOX - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOX 40X40 CM, COM RODÍZIOS	00035230	16	1.150,00	18.400,00
44	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA - BASE EM AÇO SAE 1020/45 COM 6,5MM DE ESPESSURA, FUNDO ANTICORROSIVO APLICADO POR E-COAT E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, REVESTIDA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS E SANEANTES. O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO OCORRE ATRAVÉS DE RODÍZIOS DE 360º COM TRAVAMENTO DAS RODAS POR DISPOSITIVO INTERNO, ACIONADO ELETRICAMENTE. A COLUNA É FABRICADA EM CHAPA DE AÇO 1020/45 COM REVESTIMENTO DE AÇO INOX 304, DOTADA DE ROLETES ESFÉRICOS E GUIAS LINEARES SEM NECESSIDADE DE LUBRIFICAÇÃO. O CHASSIS É EM AÇO INOX 304. O TAMPO É RÁDIO TRANSPARENTE EM FENOLITE,	196746-0	2	128.860,00	257.720,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	DIVIDIDO EM CINCO SEÇÕES, COM RÉGUAS LATERAIS EM AÇO INOX PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. MOVIMENTOS ELÉTRICOS INCLUEM ELEVÇÃO HORIZONTAL, TRENDELEMBURG, LATERAIS, DORSO, LONGITUDINAL E FLEXÃO ABDOMINAL, ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO. MOVIMENTOS PNEUMÁTICOS SÃO NAS PERNEIRAS E CABECEIRA, COM MOVIMENTO RENAL POR MANIVELA LATERAL. AS POSIÇÕES INCLUEM TRENDELEMBURG, LATERAL DIREITA/ESQUERDA, SEMI-SENTADO, LITOTÔMICA, RENAL, EXTREMA LORDOSE, E OUTRAS, AJUSTÁVEIS POR CONTROLE.				
45	MESA DE CABECEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E ACABAMENTO EM FÓRMICA OU AÇO PINTADO, DIMENSÕES: ARMARIO:0,60/0,44/0,88TAMPO DE REFEICAO:0,57 E 0,36, TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 1 GAVETA,1 PORTA E RODAPÉ, ALTURA REGULÁVEL DA MESA EM CINCO POSIÇÕES, PRATELEIRA INTERNA E RODÍZIOS, EM ESMALTE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA.	35462-7	40	2.498,68	99.947,20
46	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO INOXIDÁVEL, BANDEJA SOBRE RODÍZIOS DE 2POL DE DIÂMETRO COM ARO DE POLIETILENO, BASE TIPO COLUNA EM TUBO REDONDO DE 1 POLEGADA DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM AÇO INOX, MEDINDO 0,35 POR 0,50 CM BANDEJA COM APOIO COM HASTE DE TUBO REDONDO DE 3/4 DE POL E 1,25MM DE ESPESSURA.	174709-6	10	899,00	8.990,00




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



47	MESA DE PARTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEL, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVO PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIOS E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA	00068763	6	18.600,00	111.600,00
48	MESA DE REFEIÇÃO NO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PINTADO RETANGULAR, DE ALTA RESISTÊNCIA TAMPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 40X70 CM, ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA (ENTRE 90 E 120CM), COM PÉS RECUADOS, DOTADA DE 2 PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E 2 PES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE DIÂMETRO 2"	430618-0	40	993,59	39.743,60
49	MESA GINECOLÓGICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, CONSTITUÍDA POR BASE, LEITO ESTOFADO, GAVETA DE ESCOAMENTO E PAR DE PORTA COXAS.	103634-3	6	3.400,00	20.400,00
50	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA, PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE BORRACHA, LEITO EM ACOLCHOADO EM ESPUMA E NAPA, COM CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL DE 50 CM, DIMENSÕES: (1,80M COMPR. 0,65M LARG. X 0,80M ALTURA	110244-3	16	4.133,00	66.128,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



51	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO COM BATERIA, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: POSSUI SISTEMA ÓPTICO DE ALTA QUALIDADE, PRODUZIDO COM LENTES E PRISMAS EM CRISTAL TRATADO COM SISTEMA NOTWITHSTANDING PARA REDUÇÃO DAS ABERRAÇÕES ACROMÁTICAS E A INCIDÊNCIA DE FUNGOS. CABEÇOTE COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTER PUPILAR TIPO SEIDENTOPF COM MOVIMENTO SUAVE E PROGRESSIVO. MECÂNICA LINEAR E ROTATIVA COMPOSTA POR SISTEMAS DE ESFERAS QUE GARANTEM MOVIMENTO PRECISO E SUAVE COM LONGA DURABILIDADE. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO ERGONÔMICO E COM O AGRADÁVEL DESIGN ITALIANO. REVOLVER PORTA OBJETIVAS INVERTIDO, PARA FACILITAR A MANIPULAÇÃO DAS LÂMINAS		4	11.990,00	47.960,00
52	MONITOR DE SINAIS VITAIS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MULTIPARAMETROS DE SINAIS VITAIS COM OS PARÂMETROS (ECG, SPO2, PNI TEMP. E RESP.), TELA DE NO MÍNIMO 10 OU 12 POLEGADAS DE LCD-TFT COLORIDO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 600X600 PIXELS, POSSUIR ALARMES, CONTROLE DIGITAL DE VOLUME, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, BATERIA COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O MONITOR: 1 CABO DE FORÇA PARA MONITOR, 1 CABO DE ECG 5 VIAS, 1 MANGUITO ADULTO COM EXTENSOR, 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO TIPO CLIP, 1 SENSOR DE TEMPERATURA CUTÂNEO E 1 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS	00069689	20	20.199,00	403.980,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



53	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1 CORPO, ULTRA SLIM LED TOMOGRÁFICO -, MESA OU PAREDE. MATERIAL: ACRÍLICO ,ÁREA VISÍVEL: 320 X 460 MM (C X A),DIMENSÃO DO PRODUTO: 400 X 525 X 70 MM (C X A X L), PESO DO PRODUTO: 2,8 KG, ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA FONTE: 127V E 220 V (BIVOLT AUTOMÁTICO),ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA DA FONTE: 17V /2,5 A ILUMINANCIA: DE ATE 4000LUX, SEM ÁREA DE SOMBRA FREQUÊNCIA: 50/60-HZ ,CORES OPCIONAIS: PRETO OU BRANCO, CONSUMO: 12W	235727-5	12	1.031,00	12.372,00
54	OTOSCÓPIO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIDO PARA QUE PROFISSIONAIS DA SAÚDE POSSAM AVALIAR AS CONDIÇÕES INTERNAS DOS OUIDOS DE SEUS PACIENTES. PARA OBTER A AVALIAÇÃO PRECISA É NECESSÁRIO ESCOLHER O ESPÉCULO ADEQUADO PARA CADA PACIENTE. CABO EM METAL CROMADO PARA (DUAS 02 PILHAS MÉDIAS – TIPO C (ALCALINAS)), RECOBERTO COM CAPA ANTIDERRAPANTE DE PUNHO EM PVC NA COR PRETA. CABEÇOTE EM NYLON (TEXTURA DE RUGOSIDADE) NA COR PRETA, COM LÂMPADA. BOTÃO (INTERRUPTOR) LIGA/DESLIGA COM REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE, PARA CONTROLAR INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DE UM FEIXE DE LUZ CONCENTRADO. POSSUI UM BICO NA LATERAL DO CABEÇOTE QUE É UTILIZADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. VISOR (LENTE) FIXA REDONDA EM POLICARBONATO CRISTAL COM AUMENTO DE 2,5 X (VEZES). LÂMPADA TIPO LUZ AMARELADA (LED BRANCO QUENTE), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TENSÃO ELÉTRICA DE 2,5 V (VOLTS), CORRENTE ELÉTRICA 20 MA (MILIAMPÉRE), FLUXO LUMINOSO 15.000 MCD	00038681	12	1.514,95	18.179,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	(MILICANDELA), TEMPERATURA DE COR BRANCO QUENTE - 3.000K (KELVIN) E VIDA ÚTIL ESTIMADA DE 20.000 HORAS. 05 (CINCO) ESPÉCULOS AURICULARES, EM MATERIAL NYLON (POLIAMIDA PA), SEM ENCAIXE METÁLICO, REUTILIZÁVEL NAS SEGUINTE MEDIDAS E QUANTIDADES SENDO: 01 ESPÉCULO NO 1 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 2,5 MM. 01 ESPÉCULO NO 2 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 4,0 MM. 01 ESPÉCULO NO 3 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 5,0 MM. 01 ESPÉCULO NO 4 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 7,0 MM. 01 ESPÉCULO N° 5 SEM REFORÇO METÁLICO - DIÂMETRO 9,0 MM. MEDE APROXIMADAMENTE: 17,0 CM (COMPRIMENTO) X 30,0 MM (DIÂMETRO). ACONDICIONADO EM BOLSA FECHO VELCRO.				
55	OXIMETRO DE PULSO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: USO PEDIÁTRICO, É CAPAZ DE REALIZAR A MEDIÇÃO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA. POSSUI RESISTÊNCIA AMPLIADA, E É PRODUZIDO COM MATERIAIS SEGUROS PARA O USO INFANTIL. VISOR EM TECNOLOGIA OLED, MELHOR VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER CONDIÇÃO DE LUMINOSIDADE INFORMA SATURAÇÃO (REFSPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALTA PRECISÃO PILHA (S) OU BATERIA (S): 2 AAA BATERIAS NECESSÁRIAS. (INCLUSAS) DIMENSÕES DO PRODUTO : 3 X 4,9 X 2,9 CM; 0,02 G	281505-2	20	4.330,90	86.618,00
56	PAPAGAIO INOX 1L - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: RECURSO UTILIZADO PELO PACIENTE MASCULINO ACAMADO OU COM DIFICULDADES LOCOMOTORAS,	306128-0	20	311,00	6.220,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	EM SITUAÇÕES ADVERSAS, PARA COLETA DE URINA.				
57	SERVO VENTILADOR MICRO PROCESSADO ELETRÔNICO TIPO LEITO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SERVO VENTILADOR PULMONAR MICRO PROCESSADO ELETRÔNICO PARA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PACIENTE, ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAIS POSSUI VENTILAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE; MONITOR GRÁFICO COLORIDO; 8 MODALIDADES VENTILATÓRIAS E COMPLETA MONITORIZAÇÃO VENTILATÓRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • MODALIDADES: VCV, PCV, PCV/AV, SIMV/V, SIMV/P, BIPV, CPAP, PSV; • NIV – VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS; • MODALIDADES NEONATAIS: PLV, SIMV/P, BIPV, CPAP/PSV; • MODO ILV (VENTILAÇÃO INDEPENDENTE DOS PULMÕES); • SENSOR DE OXIGÊNIO; • RECURSO DE NEBULIZAÇÃO COM FLUXO SINCRONIZADO NA INSPIRAÇÃO; • RECURSO DE TGI COM FLUXO SINCRONIZADO NO FINAL DA EXPIRAÇÃO; • PAUSA EXPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA AUTO-PEEP; • PAUSA INSPIRATÓRIA PARA DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE PLATÔ; • TIPOS DE CURVA: QUADRADA, DESACELERADA, ACELERADA E SENOIDAL; • INSPIRAÇÃO MANUAL ELETRÔNICA E SINCRONIZADA; • NÃO NECESSITA DE VÁLVULAS REGULADORAS DE PAREDE; • TEMPO DE SUBIDA; • AJUSTE DA CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE; • ÍNDICE DE TOBIN, P0.1 (PRESSÃO DE OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS); • PERMITE 100% DE O2 TEMPORIZADO EM 90 SEGUNDOS; • SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA APNEIA EM MODOS ESPONTÂNEOS (BACKUP); • COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA COMPLACÊNCIA DO	16371-6	2	233.426,50	466.853,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



<p>CIRCUITO RESPIRATÓRIO; • BATERIA INTERNA: RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 120 MINUTOS; • MISTURADOR AR/O2 ELETRÔNICO INTEGRADO AO VENTILADOR COM AJUSTE DE 21% A 100% DE O2. • PRESSÃO BAIXA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PRESSÃO ALTA (CMH2O) – OFF, 1 A 120; • PEEP BAIXO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • PEEP ALTO (CMH2O) – OFF, 1 A 70; • VOLUME MINUTO ALTO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • VOLUME MINUTO BAIXO (L) – OFF, 0,1 A 99,0; • FREQUÊNCIA BAIXA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FREQUÊNCIA ALTA (RPM) – OFF, 1 A 200; • FIO2 BAIXA (%) – OFF, 18 A 100; • FIO2 ALTA (%) – OFF, 18 A 100. • FREQUÊNCIA (RPM) – 1 A 180; • TEMPO INSPIRATÓRIO(S) – 0,01 A 9,90; • CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO (%) – 21 A 100; • PRESSÃO LIMITADA MÁXIMA (CMH2O) – 5 A 80; • PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA (CMH2O) – 5 A 100; • PEEP/CPAP (CM H2O) – 0 A 50; • PRESSÃO DE SUPORTE (CM H2O) – 0 A 80; • CICLAGEM DA PRESSÃO DE SUPORTE (% DO FLUXO INSPIRATÓRIO) – 5 A 80; • PAUSA INSPIRATÓRIA(S) – 0,01 A 8,10; • VOLUME CORRENTE (ML) – 20 A 2500; • FLUXO (L/MIN) – 4 A 180; • SENSIBILIDADE A FLUXO (L/MIN) – OFF, 1 A 30; • SENSIBILIDADE A PRESSÃO (CM H2O) – OFF, -1 A -20; • PESO DO PACIENTE (KG) – 0,3 A 200,0; • TEMPO DE SUBIDA (S) – OFF, 0,00 A 0,40; • SUSPIRO (CICLO) – OFF, 5 A 100; • FLUXO DE BASE (L/MIN) – OFF, 4 A 40; • SILENCIADOR DE ALARME(S) – 120. PROJETADO PARA O AQUECIMENTO E UMIDIFICAÇÃO DOS GASES FORNECIDOS AO PACIENTE DURANTE O SUPORTE VENTILATÓRIO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS OU ADULTOS, POSSUI: • SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA SUPERAQUECIMENTO, COM TERMOSTATO DE PROTEÇÃO; • TERMÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL,</p>				
--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	DE TRÊS DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1 CG; • FUNÇÃO STAND-BY; • TRÊS MODOS DE OPERAÇÃO: VENTILAÇÃO INVASIVA, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA E AJUSTE (PERMITE O USUÁRIO AJUSTAR A TEMPERATURA); • ALARMES AUDIOVISUAIS PARA SENSOR DE TEMPERATURA DESCONECTADO DO EQUIPAMENTO, TEMPERATURA EXCESSIVA E BAIXA UMIDADE; • SENSOR DE TEMPERATURA AUTOCLAVÁVEL. UN 01 102.950,00				
58	SUPORTE DE SORO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS E ESFÉRICOS, EM CORPO, TUBO, GANCHEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO E PINTURA EPOXI, DIMENSÕES: ALTURA MÁXIMA DE 2.20CM E MÍNIMA DE 1.40CM., COM GANCHOS ABERTOS COM REGULAGEM DE ALTURA	24911-4	40	541,68	21.667,20
59	SUPORTE PARA SACO HAMPER - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ESTRUTURA EM TUBO, DE AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, NO FORMATO CIRCULAR, DIMENSÕES: 120CM X 40CM X - ALT X DIAM	442401-8	12	695,43	8.345,16
60	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APARELHO COM 3 SONDAS, LINEAR, CONVEXA E ENDOCARVITARIA, ALTA PERFORMANCE E QUALIDADE DE IMAGEM SUPERIOR, PERMITINDO REALIZAÇÃO DE EXAMES COM PRECISÃO DIAGNÓSTICA. DEVE POSSUIR PLATAFORMA QUE PROPORCIONE IMAGENS NÍTIDAS E DETALHADAS, OTIMIZANDO O DIAGNÓSTICO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLÍNICAS. DEVE POSSUIR RECURSOS AVANÇADOS COMO DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, MODO M. O EQUIPAMENTO, DEVE OFERECER UMA AVALIAÇÃO COMPLETA DO FLUXO SANGUÍNEO E	0001525	1	277.699,00	277.699,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	DA ELASTICIDADE DOS TECIDOS, GARANTINDO RESULTADOS MAIS PRECISO. A INTERFACE DO USUÁRIO DEVE SER INTUITIVA E PERSONALIZÁVEL, PERMITINDO AJUSTES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PROFISSIONAL. ALÉM DE POSSUIR MÚLTIPLAS PORTAS DE CONECTIVIDADE PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS, COM SUPORTE A DICOM E OUTROS FORMATOS. O APARELHO DEVE SER DURÁVEL E EFICIENTE, SUPORTANDO O USO INTENSO EM AMBIENTES CLÍNICOS. A TELA DEVE SER SENSÍVEL AO TOQUE				
61	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE -ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA / EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I: E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL. ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES.	00068758	2	81.250,00	162.500,00
62	AR CONDICIONADO SPLIT 25.000 BTU	0005055	6	9.820,00	58.920,00
63	ARMARIO ORGANIZADOR VERTICAL. MEDIDAS: 100X50X150C M AÇO INOX. 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR EM AÇO INOX. COM 3 PRATELEIRAS LISA INTERNA. COM	00067322	2	12.947,50	25.895,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	SAPATAS PLASTICAS DE NIVELAMENTO.				
64	ARMÁRIO AÇO INOX AEREO, MEDIDAS: 160X50X60CM. AÇO INOX 3 PORTAS DE ABRIR COM PUXADOR; COM 1 PRATELEIRA LISA INTERNA. PARA FIXAR NA PAREDE	414871-1	4	10.823,10	43.292,40
65	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS ORGANIZADOR GUARDAVOLUMES COM TRINCO PARA CADEADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI. CHAPA DAS PRATELEIRAS: 26 (0,45MM) DIMENSÕES (ALP/CM): 198 X 70 X 40. PESO SUPORTAD 30KG POR COMPARTIMENTO	397479-0	4	2.890,00	11.560,00
66	BUFFET SELF-SERVICE TÉRMICO E REFRIGERADO GMTR-1-AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE ALIMENTOS. TEMPERATURA: * AQUECIMENTO: ACIMA DE 60º REFRIGERAÇÃO: +1º A +7ºC. CONTROLE DE TEMPERATURA 2 TERMOSTATOS (1 AQUECIMENTO, 1 REFRIGERAÇÃO. BANHO® AQUECIMENTO: BANHO MARIA ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA. REFRIGERAÇÃO: ESTÁTICA COM SERPENTINA EMBUTIDA NO TANQUE. VIDRO CURVO TEMPERADO 6MM. PES REGULÁVEIS. BASE: CHAPA PRÉ-PINTADA NA COR CINZA COM MDF TECA ITÁLIA (MADEIRA ESCURA) TANQUE: AÇO INOX 430. ACOMPANHADOS DE CUBAS EM AÇO INOX COM PUXADORES E TAMPAS E BUBAS DE ACRILICO COM TAMPA	00084185	1	19.250,10	19.250,10
67	BALANÇA COMERCIAL DIGITAL SUPORTA ATÉ 30KG. DISPLAY LCD. BANDEJA DE AÇO INOXIDAVEL. TIPO DE ALIMENTAÇÃO BATERIA E CORRENTE ELÉTRICA.	00033399	1	563,04	563,04
68	BATEDEIRA PLANETÁRIA 12 LITROS, 4 VELOCIDADES E SISTEMA MONOFASICO, EM AÇO CARBONO E PINTURA EPOX CAPACIDADE: DE 6 A 12	00055476	2	9.519,60	19.039,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	KG. CAPACIDADE (MASSA PRONTA): 12 LITROS				
69	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 220V EM AÇO INOXIDAVEL 430 BRILHANTE.TORNEIRAS EM LATAO CROMAO RESERVATORIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM QUE É RESPONSÁVEL POR REGULAR O NÍVEL DE ÁGUA DI DO COMPARTIMENTO. ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPSI POS TERMOSTATO INTERNO A REGULAGEM FIXA TEMPERATURA. ALTERNANDO ENTRE 4° A 11°C. DIMENSOES (L.XAXP): 80 X 124 X 60 CM	00012833	5	6.750,00	33.750,00
70	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PESO SUPORTADO: 110 KG. CADEIRA FIXA. ALTURA: 83 CM. PROFUNDIDADE: 57 CM. LARGURA: 55 CM. MATERIAL POLIETILENO	00014225	80	234,60	18.768,00
71	CADEIRA DE ESCRITÓRIO. ESPECIFICAÇÕES: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO. REGULAGEM DE ALTURA DOS BRAÇOS. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA. SISTEMA SINCRONIZADO (TRAVAMENTO DO ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO). APOIO DE LOMBAR REGULAVEL. MATERIAL: POLIPROPILENO ESPECIAL. BASE DE NYLON. PESO SUPORTADO: 159 DIMENSÕES (C X L X A): 50 X 63 X 100-108 CM. ALTURA 46-52 CM	263427-9	1	1.524,90	1.524,90
72	CARRINHO AÇO INOX COZINHA INDUSTRIAL 3 PRATELEIRAS COM RODINHAS. COM ALÇAS TUBULARES PARA MOVIMENTAÇÃO NOS DOIS LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM (85 CM). LARGURA 450 MM (45 CM), ALTURA 900 MM (90 CM).	00027570	2	2.959,00	5.918,00
73	CILINDRO ELÉTRICO BIVOLT, DE MASSAS LAMINAR DE 40CM COM REGULADOR DE VELOCIDADE.. MATERIAL: AÇO CARBONO INOX.	00025703	1	2.699,90	2.699,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	LARGURA DOS CILINDROS: 40CM (400MM).				
74	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO PARA 90M INDUSTRIAIS LADOS. PRATELEIRAS COM REBAIXO, 4 RODAS GIRATÓRIAS DE FÁCIL MOVIMENTAÇÃO. COMPRIMENTO 850 MM (85 CM). LARGURA 450 MM (45 CM), ALTURA 900 MM (90 CM). M2- FLUXO DE AR: 9000 M3/H- ENER: 127V OU 220V- COR BRANCO TRES VELOCIDAD RESERVATÓRIO DE 100L- FREQUÊNCIA: 60HZ- POTÊNCIA: 038K * DIMENSÕES: 0,85 X 0,46 X 1,40 M- PESO: 35KG- RUIDO DBLAI SOR AXIAL- GRADE FRONTAL DUPLA COM FUNÇÃO SWING- GABINETE EM EXCELENTE ACABAMENTO FUNÇÃO TIMER- PORTATI RODAS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO E COM TRAVAS- CONTROLE REMOTO- FUNÇÕES: CLIMATIZADOR / UMIDIFICADOR E VENTILADOR- ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL OU CONTINUO- POSSUI 3 PAINÉIS EVAPORATIVOS	00085087	3	4.839,99	14.519,97
75	COIFA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM FILTRO INERCIAL MEDINDO 180X1 10X50 DUTO DE 40CM MOTOR AXIAL DE 40CM CHAPEL CHINES	416865-8	1	15.952,80	15.952,80
76	CORTINA DE AR SPRINGER, POTENCIA: 2.8 W NÍVEL DE RUIDO, 52 DB COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA 190 CM X 210 CM N 1500 CM PESO 14.7 KG. ALTURA MAXIMA DE INSTALAÇÃO 3M	00036600	3	2.680,00	8.040,00
77	CUBA DE ACRILICO COM TAMPA PARA BUFFET REPRICAR GMTR-190.	65123-0	8	187,68	1.501,44
78	CUBA GASTRONÔMICA AÇO INOX COM TAMPA E ALÇAS PARA BUFFET TERMICO GMTR-190.	00028021	8	281,52	2.252,16
79	ESTANTE EM AÇO INOXIDAVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1M (100X40X200CM). 100% AÇO INOXIDAVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS, PES AJUSTAVEIS	00068904	6	2.756,90	16.541,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



80	ESTANTE EM AÇO INOXIDAVEL COM 6 PRATELEIRAS LISAS - 1,5M (150X50X200CM), 100% AÇO INOXIDÁVEL. SEIS PRATELEIRAS REFORÇADAS. PES AJUSTÁVEIS	334061-9	6	5.680,00	34.080,00
81	ESTERILIZADOR DE PRATOS ELETRICO 220V. ESTRUTURA ES INOX ESCOVADO, VISORES EM VIDRO TEMPERADO, TERMOSTE DE 0 ° C A 80 ° C. CAPACIDADE DE 151 PRATOS	104601-2	1	5.595,80	5.595,80
82	ESTUFA / ARMÁRIO PARA CRESCIMENTO DE MASSAS MATERIAL AÇO CARBONO EPOXI NA COR BRANCA CAPACIDADE: 20 ASSADEIRAS DE 58 CM DE LARGURA POR 70 CM DE COMPRIMENTO	79292-6	1	3.305,99	3.305,99
83	ESTUFA DE SALGADOS RETA 2 ANDARES 06 BANDEJAS GRANDE ESTUFAS. VIDRO RETO, GABINETE INOX, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO 6 BANDEJAS INOX EM 2 PRATELEIRAS TAMANHO DAS BANDEIAS: 30,5X13,0 CM.	00026130	1	1.988,20	1.988,20
84	EXAUSTOR INDUSTRIAL LINHA PESADA 40 CM 220V, ELÉTRICO COM FIO, MONTAGEM NA PAREDE. MATERIAL FERRO INOXIDÁVEL. POTÊNCIA DE 1/2 HP, VAZÃO DE 85MIMIN	00027361	3	1.519,99	4.559,97
85	EXTRATOR DE SUCO 440X360X270MM PESO LIQUIDO 5,4KG	226385-8	1	1.685,90	1.685,90
86	FREEZER INOX 4 PORTAS GCCP4P. ALTURA. 2.03 CONSUMO 17.2KWH/DIA FRENTE: 1.18. PRATELEIRAS. 4 PROFUNDIDADE 66CM. TEMPERATURA -22° A -12°C, PROFUNDIDADE 66CM VOLTAGEM 220V.	281600-8	2	20.768,00	41.536,00
87	FOGÃO CINCO BOCAS A GÁS EM INOX. CAPACIDADE (LITROS) 96 ACENDIMENTO AUTOMATICO, CARACTERISTICAS DOS QUEIMADORES TURBO CHAMA. EFICIÊNCIA ENERGETICA A CARACTERÍSTICAS DO FORNO PRATELEIRAS. FUNÇÕES TIMER CORSCHERSTE AMA VIDRO	00013137	5	6.568,80	32.844,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	ESPELHADE CARACTERÍSTICAS VIDRO ESPELHADO TEMPERADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: CM (AXLXP) 97.5X77,8X68CM. PESO: APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 41KG. VOLTAGEM: BIVOLT				
88	FOGÃO INDUSTRIAL PROFISSIONAL 6 BOCAS 40X40. BAIXA PRESSÃO. ESTRUTURA (MESA, PES, PANELEIROS E BANDEJAS) EM AÇO INOX ESCOVADO E TUBO DISTRIBUIDOR DE GAS CROMADO. GRELHAS DAS MESAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS 40X40CM E PERFIL EM 10CM	0003834	1	7.829,85	7.829,85
89	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS 30X40 BAIXA PRESSÃO AÇO INOX COM FORNO. FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GAS CL? (BOTIJAO), MESA PERFIL 7 (7CM ENTRE AS BOCAS). GRELHAS ENL FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS). GRELHA CENTRAL EM FERRO FUNDIDO 40X40CM (08 DEDOS). 03 QUEIMADORES DUPLOS 170MM E 02 SIMPLES 130MM. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 (MESA, PES, PANELEIRO E BANDEJAS): MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80CM LARGURA: 125CM / PROFUNDIDADE: 88CM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31CM / LARGURA: 48CM / PROFUNDIDADE: 59CM. CAPACIDADE: 87 LITROS	00080459	2	6.320,99	12.641,98
90	FORNO INDUSTRIAL A GAS 80X60CM INOX SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, PEDRA REFRACTARIA. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA (EM AÇO TUBULAR) COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR. REVESTIMENTO	00016736	1	4.692,00	4.692,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	INTERNO EM GALVANIZADO, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA. ABERTURA TOTAL DO VIDRO. TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO. DIMENSÕES (LXAXP) 183X112X97,5CM.				
91	GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO COM 02 PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS 140X60X90	123212-6	2	12.990,00	12.990,00
92	GABINETE AÇO INOX ESCOVADO COM CUBA CENTRAL. COM 02% PORTAS DE CORRER DE CORRER E PRATELEIRA INTERNA. 04 GAVETAS 35X40. PES NIVELADORES. MEDIDAS TOTAIS TAM 1,40X60X90	82167-5	4	13.199,25	52.797,00
93	LIXEIRA INDUSTRIAL EM AÇO INOX 304, ABERTURA COM PEDAL, TOTALMENTE DE AÇO. MEDIDAS TOTAIS - 75 x 45 cm / 60 LITROS	00022248	6	984,55	5.906,70
94	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2 LITROS S ALTA ROTAÇÃO, COPO DE INOX ESCOVADO, PRODUTO D CONFORMIDADE COM O INMETRO PROPRIOS PARA O PREPARO DE CREMES, BATIDAS, VITAMINAS E SUCOS A BASE DE FRUTAS NATURAIS OU POLPAS CONGELADAS	177446-8	3	1.994,10	5.982,30
95	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS BAIXA ROTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES, TENSÃO 127V OU 220V CHAVEADO. POTENCIA ELÉTRICA 840 W FREQUÊNCIA 50 HZ / 60 HZ. POTENCIA DO MOTOR 1/2 CV (HP). ROTAÇÃO 3500 RPM. CORPO AÇO INOX. COPO AÇO INOX 2 LITROS. TAMPA DE NYLON	95435-7	4	1.994,10	7.976,40
96	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS ALTA ROTAÇÃO GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO	87047-1	1	2.949,10	2.949,10
97	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL BANCADA DE APOIO (100X60X80CM) MESA EM AÇO INOX 201, SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 300KG NA TAMPA SUPERIOR E 100KG NA LAME INFERIOR. RESISTENTE AO FRIO OU AO	328656-8	3	2.815,20	8.445,60




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	CALOR INTENSI SUPERFICIE LISA; 100% AÇO INOXIDAVEL				
98	MESA INDUSTRIAL REFORÇADA AÇO INOX. MESA BANCADA 100 AÇO INOX 430 REFORÇADA. DIMENSÃO: 140 X 70 X 90 CM IA X L &- C) TAMPO SUPERIOR LISO EM AÇO INOX 430 ESCOVADO COM CHAPA 0,80 MM. ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. COMPLETAMENTE SOLDADA	00080439	3	2.985,60	8.956,80
99	MESA COM BALCÃO. COM CHAVE, EM PAINEL AGLOMERADO L MDE REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. COM BORDAS EM PVC POSSUI I PORTA DESLIZANTE 1 GAVETA COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, 6 NICHOS, SENDO AS PRATELEIRAS REGULAVEIS E SAPATAS PLASTICAS PUXADOR VENDIDO SEPARADAMENTE. POSSUI PASSAFIOS, CALHA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, CAIXA DE CONECTIVIDADE ELETRI COM ENTRADA PARA TELEFONE. REDES E ELETRICID CARGA: 80KG TAMPO MESA; 60KG/TAMPO BALCÃO, 10KGO 2KGNICHO E 2KG GAVETA: DISTRIBUIDOS.	00035394	1	5.865,00	5.865,00
100	MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO DE MARMORE 4 LUGARES TAMPO MEDINDO 7SX75CM, CONFECCIONADO EM PEDRA MARMORE COM ACABAMENTO DE BORDAS BOLEADAS COM 30% DE ESPESSURA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO CONFECCIONADO NA CHAPA 18 (1,20MM) E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETO	386632-7	15	2.815,20	42.228,00
101	MICRO-ONDAS INOX ESPELHADO 38 LITROS. ALTURA: 31.1CM LARGURA: 55,3CM. PROFUNDIDADE: 46.7CM. PESO: 17KG. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 1500. EFICIÊNCIA	346390-7	3	2.899,99	8.699,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	ENERGÉTICA: A. POTÊNCIA (W): 1000. NÍVEIS DE POTENCIA: 3 OPÇÕES				
102	SUQUEIRA REFRESQUEIRA 8 L INOX E POLICARBONATO RECIPIENTE DE 8 LITROS EM POLICARBONATO PARA O LIQUE BASE EM INOX: REFIL EM INOX PARA ADIÇÃO DE GELO IRM DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÕES ALTURA: 56.5 C PROFUNDIDADE: 38 CM / FRENTE: 27 CM ALTURA LIVR. TORNEIRA ATE A PINGADEIRA: 13 CM	00075212	2	1.624,99	3.249,98
103	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AGU GELADA E NATURALPOSSUI, COLETOR DE ÁGUA (BANDEJA PINGADEIRA) REMOVÍVEL PARA FACILITAR NA LIMPEZA ALÉM DA BICA DE SAÍDA DE ÁGUA TAMBÉM SER REMOVIVEL PARA HIGIENE. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR VOLUME DE COMPARTIMENTO INTERNO PARA AGUA GELADA E UM DOS MAIORES DO MERCADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 231	00071680	20	2.845,00	56.900,00
104	REFRESQUEIRA INOX 1 CUBA 16 LITROS: RESERVATÓRIOS COM ALTISSIMA RESISTÊNCIA A QUEBRA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM PA. COMPRESSOR HERMETICO DE REFRIGERAÇÃO REFRIGERANTE ECOLÓGICO. ACIONADOR DAS TORNEIRAS ABS: BOTÕES DE ACIONAMENTO NO PAINEL COM INDICA DE LIGADO DESLIGADO. ESPECIFICAÇÃO PROFUNDIDADE PIA: 810MM. ALTURA: 1520MM. LARGURA DA BASE, 805M% PROFUNDIDADE DA BASE: 640MM. CONSUMO DE ENERGIA 127V/220V: 15,00 KWH/MÊS / 13,20 KWH/MES. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 127V/220V: 16,00L/H / 16,00L/H	19983-4	2	5.975,00	11.950,00
105	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS. TEMPERATURA: 0 A +7C.	00026224	3	18.880,00	50.640,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	DEGELO: AUTOMÁTICO. CONTROLADOR ELETRÔNICO COM INDICADOR DE TEMPERATURA. REVESTIMENTO INTERNO: AÇO GALVANIZADO. REVESTIMENTO EXTERNO: AÇO INOX 430. RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS. PRATELEIRAS 4 NIVEIS ARAMADAS, REGULAVEIS. PÉS NIVELADORES				
106	REFRIGERADOR COMERCIAL 4 PORTAS	00026224	3	17.150,03	51.450,09
107	SUPOORTE DE PAREDE PARA PURIFICADOR DE AGUA EM AÇO INOX. MEDIDAS: 52X32X45	400039-0	20	334,60	6.692,00
108	VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 1 METRO 3 HEL PRETO. GRADE EM AÇO, E PÁS EM NYLON REFORÇADO DE METRO. VAZÃO SMP/S. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 1100 REM. RECURSOS: CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE: OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. PINTURA ELETROSTATICA DIMENSÕES (LXAXP): 100 X 100 X 25 CM	00022142	6	2.228,70	13.372,20
109	AR CONDICIONADO SPLIT HW 18.000 BTUS QUENTE/FRIO 220V MATERIAL DA SERPENTINA: TUBULAÇÃO DE COBRE. VOLTAGEM 220V - MONOFÁSICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: CLASSE A	162161-0	3	7.715,00	23.145,00
110	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU/H. CICLO: QUENTE E 17 CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA: A. CORRENTE: MONOFASESVOLTAGEM: 220V	358906-4	6	9.682,41	58.094,46
111	SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT MODELO CASSETETE INVERTER COM CAPACIDADE DE 60000 BTU/H, CONDESADOR A AR AXIAL, VOLTAGEM DE 380V/60HZ/TRIFASICO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO	00087493	4	15.640,18	62.560,72
112	ANDADOR MULTIFUNCIONAL ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	172815-0	20	534,46	10.689,20




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



	USO ADULTO, MODO FIXO OU ARTICULADO PERMITE USO COM OU SEM RODAS DOBRÁVEL ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PONTEIRAS DE BORRACHA EMPUNHADURAS MACIAS ALTURA AJUSTÁVEL: S/RODAS (82 A 100CM) – C/RODAS (85 A 103CM) RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ESTATURA ENTRE 1,58 A 1,84M USO COM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 90KG USO SEM RODAS RECOMENDADO PARA PESSOAS COM ATÉ 120KG				
113	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM CHAVES - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 04 GAVETAS ALTURA: 1,33M LARGURA: 0,46M PROFUNDIDADE: 0,58M CAPACIDADE DA GAVETA: 15KG	106086-4	5	2.450,25	12.251,25
114	ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ALTURA: 1,94M LARGURA: 0,90M PROFUNDIDADE: 0,40M OPÇÕES DE CAPACIDADE DE CARGA POR BANDEJA: 30KG POR BANDEJA	00060792	5	2.750,00	13.750,00
115	CANETA CIRURGICA ODONTOLOGICA MICROPROCESSADOR COM CONTROLE INTERNO DIGITAL. CANETA PADRÃO. PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA MONO. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (150 A 100 X0,5) MM. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE. ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM). ELETRODO TIPO BOLA 6,0MM. ELETRODO TIPO ALÇAPEQ.4, 2MM.ELETRODOTIPOAGULHA 85MM.ELETRODO TIPO AGULHA DEPILAÇÃO.	00055617	40	10.372,88	414.915,20
116	CADEIRA DE BANHO, USO SANITÁRIO-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM AÇO CARBONO FIXA, PARA USO BANHO E ASSENTO SANITÁRIO, COM APOIO DE BRAÇOS E PÉS, COM RODA RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM FREIO BILATERAL	15531-4	15	559,00	8.385,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



117	CADEIRA DE RODAS ADULTO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPÓXI, PARA ADULTOS, TIPO DOBRÁVEL, COM FREIO NAS RODAS, ESCAMOTEÁVEIS, FIXO, COM ENCOSTO.	00054420	10	1.848,07	18.480,70
118	CADEIRA DE RODAS OBESO , ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ADULTO OBESO, FIXA, AÇO, EM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA A DUAS RODAS DIANTEIRAS DE 6" FIXAS E 02 RODAS GIRATÓRIAS DE 6", COM FREIOS BILATÉRIAS, APOIO DE ANTEBRAÇO FIXO, APOIO DE PÉ FIXO, SEM APOIO DE CABEÇA, COM FREIOS BILATERAIS, APROXIMADAMENTE (0,60 X 0,60) M.	00054421	50	2.899,99	144.999,50
119	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COMPUTADOR DESKTOP, 16 GB DE MEMÓRIA, SSD 500 GB SATA III, TECLADO PADRÃO ABNT-2, MOUSE OPTICO OU LASER, MONITOR LED 23" E GARANTIA DO FABRICANTE DE 12 MESES.	00014155	20	5.965,65	119.313,00
120	INFANTÔMETRO PORTÁTIL , RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRODUZIDO EM ABS, ALTAMENTE RESISTENTE IDEAL PARA CONSULTÓRIO E PESQUISA DE CAMPO. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. PESO DO PRODUTO: 1KGDIMENSÕES MONTADO: COMP: 146CM X LARG: 15CM X ALT 4CM CONTÉM: 03 RÉGUAS 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL	00018078	4	349,92	1.399,68
121	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 100 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXAXC: 59,5X92,5X42,5 CM	0001819	20	915,51	18.310,20
122	LIXEIRA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LIXEIRA NA COR BRANCA, 50 LITROS COM PEDAL, INJETADA EM POLIPROPILENO, LXAXC: 33X72X44 CM	00075495	20	489,00	9.780,00




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



123	<p>MULETA DE ALUMÍNIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO DE ALTA QUALIDADE. APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO AXILAR ANATÔMICO EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO; ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. TRAVA DE SEGURANÇA EM POLIETILENO COM ROSCA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA DURANTE A MARCHA. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA: ATÉ 90 KG FORNECIDA EM PAR</p>	12653-5	10	399,90	3.999,00
124	<p>DETECTOR FETAL - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (PORTÁTIL/ANALÓGICO) COM BATERIA COMUM DE 09 VOLTS. FREQUÊNCIA: 2,5 MHZ / 3,0 MHZ \pm 15% COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM COM SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO: SIM É PORTÁTIL: SIM INCLUI PILHAS: SIM NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUTO NA ANVISA: 80127849013 NÚMERO DE REGISTRO/CERTIFICAÇÃO INMETRO: LMP 22.0734 SEMANAS MÍNIMAS DE GRAVIDEZ: 10 SENSIBILIDADE: 90 TIPO DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA TIPO DE PILHAS: ALCALINA 9V BATERIAS POR MINUTO DETECTÁVEIS: 50 A 240 BPM</p>	00087601	4	2.105,00	8.420,00
125	<p>IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, VELOCIDADE DE ATÉ 30PPM, RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO ATÉ</p>	0001367	5	6.555,00	32.775,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



2400 X 600 DPI, CONECTIVIDADE: REDE ETHERNET, WI-FI E USB.				
--	--	--	--	--

RS 8.846.105,36 (Oito Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- O prazo para entrega dos equipamentos será de até 20 dias após a emissão do pedido de compra.
- Todos os equipamentos deverão estar em conformidade com as especificações técnicas mencionadas e com os padrões de qualidade exigidos para o uso hospitalar.
- Os fornecedores deverão garantir a assistência técnica e a encomenda de peças durante o período de garantia dos equipamentos.
- Os mesmos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Cipa, sito à Av. Presidente Vargas, 148 – Centro, CEP: 78.835-000, a contar da data do recebimento da Nota de Empenho ou da NAD – Nota de autorização despesa serão recebidos provisoriamente, mediante termo assinado pelas partes, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações. Uma vez estando comprovada a adequação do objeto aos termos contratuais, os objetos serão recebidos definitivamente, mediante Termo Assinado pelas partes.

6. VALOR ESTIMADO:

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: O julgamento da presente licitação será por **menor preço por item**, conforme estipulado na Lei nº 14.133/2021.

8. PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a coleta e liberação dos equipamentos, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo responsável.

9. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:

9.1. Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

9.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços e ou entrega de equipamentos, objeto deste instrumento contratual;

9.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024



9.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

9.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

9.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

9.7. A CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos, bem como instalação dos equipamentos, administrar e supervisionar toda a mão de obra necessária à execução integral deste objeto.

10. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação;

10.2. Efetuar o Pagamento à Contratada;

10.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for o caso;

10.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;

10.5. Documentar as ocorrências havidas;

10.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação;

10.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão nas seguintes dotações orçamentárias.

Ficha 200 – 01.07.01.10.122.0012.1141.0000.4.4.90.52.00 – GESTÃO SUS - Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios para Gestão SUS – Equipamentos e Materiais Permanente – Recurso da Saúde 15%.

Ficha 226 – 01.07.01.10.301.0008.1138.0000.4.4.90.52.00 – ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - Aquisição de Móveis, Equipamentos e Utensílios para Atenção Básica – Equipamentos e Materiais Permanente – Recurso da Saúde 15%.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
ADMINISTRAÇÃO 2021 A 2024**



Ficha 217 – 010701.10.3010008.11380000.4.4.90.5200 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Atenção Básica.

12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.1. Durante o período de Vigência do Contrato o fornecimento do material/equipamento será acompanhado e fiscalizado pela servidora a **Sra. Isabel Teixeira Araújo**, nomeada como Fiscal de Contratos e Atas, através da **Portaria nº. 039/2021**, com a colaboração técnica das **Sras. Lucimar Aparecida da Silva e Caroline Cristina Mendes dos Santos**, nomeadas como Comissão de Apoio ao Setor de Licitação, através da **Portaria nº 043/2022**, aos quais competirá dirimir quaisquer dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, Lei nº 14.133/21, com suas ulteriores alterações.

13. VIGÊNCIA

13.1. A presente contratação terá o prazo de vigência por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável a partir da data de assinatura do presente contrato até o limite máximo previsto em Lei.


14. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

14.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação e demais anexos que o integram.

14.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc....).

14.3. Desse modo, encaminhamos estes autos a Vossa Excelência para que o analisando e, convencendo-se das razões aqui expostas, livremente promova a ratificação nos termos da Lei nº 14.133/21, determinando sua publicação e consequente contratação, para que surta todos os efeitos legais;

São Pedro da Cipa/MT, 20 de dezembro de 2024.


WILSON VIRGÍNIO DE LIMA
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento